平成 24 年 7 月吉日

骨密度測定装置を御使用のお客様へ

東洋メディック株式会社
取締役技術本部長　堀　元之

停電時の対応に関するお願い

平素は弊社及び弊社製品に格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます。

この夏、各電力会社の管内において発表されております電力不足による計画停電や停電の可能性に関連して、弊社骨密度測定装置の取扱方法に関しまして下記のとおりお願い申し上げます。

記

１．計画停電前について

機器の使用中（測定等の動作中もしくは待機中)に停電となった場合､寝台部に破損・故障等の原因は生じませんが、コンピュータユニットについては、故障が発生する場合があります。よって、計画停電予定時間での機器の使用は、お控えいただけますよう、お願い申し上げます。計画停電前に使用している場合は、計画停電開始前に適正な手順による電源ＯＦＦをお願いいたします。

２．計画停電終了後について

弊社取扱の骨密度測定装置は、装置内の検出器に一定の高電圧を供給しております。この高電圧は電源投入後、安定をするまで少なくとも 30 分程度要します。(安定した状態で測定することにより装置の精度を確保しております。)

よって、計画停電終了から 30 分程度経過した後、必ずＱＣファントム測定により正常値を確認した上で、患者様の測定を行っていただけますよう、お願い申し上げます。

ＱＣファントム測定につきましては、各装置の取扱説明書を参照頂けますようお願い申し上げます。

３．お問い合わせ先　　東洋メディック株式会社

東京技術センター	技術 2 課	03-3268-0316
大阪技術センター	技術 2 課	06-6535-5742
名古屋支店	技術課	052-561-8701
福岡支店	技術課	092-482-2022
札幌支店		011-271-0311
新潟営業所		025-255-5288
仙台営業所		022-772-5250
岡山出張所		086-221-3162

４．計画停電、停電の詳細について

計画停電、停電の詳細については、各地域の電力会社にお確かめください。

・北海道電力　http://www.hepco.co.jp/
・東北電力　http://www.tohoku-epco.co.jp/
・東京電力　http://www.tepco.co.jp/index-j.html
・関西電力　http://www.kepco.co.jp/
・中部電力　http://www.chuden.co.jp/
・北陸電力　http://www.rikuden.co.jp/
・四国電力　http://www.yonden.co.jp/
・九州電力　http://www.kyuden.co.jp/

厚生労働省が平成 24 年 6 月 22 日付け事務連絡で関係道府県に対して「計画停電が実施された場合の医療機関等の対応について」を通知しておりセーフティネットとしての計画停電時に通電される医療機関についてリストが公表されています。そちらの内容もご確認ください。

厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002doat.html

５．その他

弊社製品をお使いいただいておりますお客様への負担軽減と機器の安全性及び精度確保のため、今後とも適宜情報のご提供を行う所存です。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

以上